



Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Inhalation: AERONEB:

Fyll i 2 mL NaCl 9 mg/mL. Maxvolymen varierar, ex. 6 mL i Aeroneb Go och 10 mL i Aeroneb Pro.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS/PARI:

Fyll i minst 2 mL NaCl 9 mg/mL. Maxvolym 8 mL.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 mL.

MAXIN:

Fyll med minst 2 mL NaCl 9 mg/mL. Maxvolym 5 mL.

Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet. I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Maxin nebuliserar 0,2 – 0,25 mL/min. Inhalationstiden styr vilken mängd läkemedel patienten får i sig.

HÖGFLÖDESGRIMMA (t ex Optiflow/Airvo):

Inhalation med isoton natriumklorid är sällan nödvändig då gasen är maximalt fuktig.

Går dock att kombinera med AERONEB, AIOLOS eller MAXIN för administrering av inhalation. För mängder/tider se under respektive rubrik.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Slemlösande inhalation vid t. ex. RS-virus infektion.

AERONEB/AIOLOS/PARI

2 mL inhaleras

MAXIN

Barn under 30 kg som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask ska inhalera 1 minut.

Barn över 30 kg som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask ska inhalera 2 minuter.

För barn som flödar med mask eller slang fördubblas inhalationstiden.

Inhalationerna upprepas ca var tredje timme, vid behov.

ÖVRIG INFORMATION

Kan vid inhalation blandas med budesonid, salbutamol, ipratropiumbromid eller acetylcystein.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Internetmedicin Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=707>

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2968

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-09

ePedID: 2968

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-09

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT