

Optiflow

Administreringsätt

Nasalt

Vanlig indikation och dos

RS

Beräkna flöde vid start:
Patientens vikt (kg) i liter/min + 1 liter/min

Ex: Barn 3,5 kg: (3,5 + 1) liter/min = 4,5 liter/min

Övrig information

Starta med 40 % syrgasblandning.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus ALB PM höglödesgrimma, Optiflow, Hämtat: 2015-03-16

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID19FCAB9EC3B71728C1257C930036DDC7?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Höglödesgrimma, Optiflow, Hämtat: 2015-03-16

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID906339E013B7D829C1257DCB004685CE?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-03-16

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-16 14:26:09

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-16 14:26:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3316

ID/spårnummer: 568

Giltig fr o m: 2015-03-16 14:26:12

Utskriftsdatum: 2015-03-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

