



## Urokinas 25 000 E i Taurolock instillation

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kommersiellt tillgänglig medicinteknisk produkt Urokinas 25 000 E i Taurolock, även benämnd Taurolock U 25 000. Kombinationsförpackning bestående av frystorkat pulver urokinas 25 000 E samt ampull med 5 mL Taurolock.

### EN-STEGSSPÄDNING

Urokinas i Taurolock 25 000 E	TauroLock		INSTILL
25000 E	+	=	<b>5000 E/mL</b>
1 st			5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Lösningen iordningställs genom att den medföljande vätskan, 5 mL Taurolock, tillförs flaskan med urokinaspulver.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accesssystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Urokinas i Taurolock långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sekunder
- barn över 2 år inte snabbare än 1 mL/sekund.

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition ska Urokinas i Taurolock aspireras och kasseras.

Innan nästa behandlingsstart spola med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Trombolys eller misstanke om koagelbildning, i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) samt subkutan venport (SVP)

Instillera Urokinas i Taurolock i kateterskänkeln/skänklarna med en volym som fyller kateterdel plus trevägskran, plus förlängningsslang.  
Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

För specifika fyllnadsvolymer, se tillverkarens instruktioner.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Taurolock Hemsida

<http://www.taurolock.com>

Internetadress Taurolock hemsida (svenska)

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-16

ePedID: 4665

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-04-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**



## Urokinas 25 000 E i Taurolock instillation

---

### ÖVRIG INFORMATION

Misstanke om koagelbildning är t. ex. när det är trögt att spola in eller svårt att aspirera blod.

---

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Urokinas i Taurolock 25 000 E (medicinteknisk produkt)

25000 E, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

5000 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Färdigblandad lösning ska användas direkt.